

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Abaetetuba

Prefeitura Municipal de Abaetetuba  
Prefeitura Municipal de Abaetetuba

## Registro de Preços Eletrônico nº 16/2020

Às 15:00 do dia 08/07/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO 16 CANAIS MULTISLICE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/07/2020 12:33	01/07/2020 13:00	07/07/2020 15:00	08/07/2020 14:59	08/07/2020 15:00

### Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
06/07/2020 - 19:47	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	07/07/2020 - 16:39	Indeferido	Pedido : PedidoDelimpugnaao

Prezados, Segue Pedido solicitando alteração no prazo de entrega.

Com relação a alteração do item sugerido pela impugnante, destacamos que trata de contratação com o fim de proporcionar ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO OBJETIVO ESPECÍFICO DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. Portanto, o prazo de 30( trinta) dias para a entrega contados a partir da assinatura do contrato, é ato discricionário da Administração, com o fim específico de combater, enfrentar a Covid-19, sendo que alteração deste prazo, para 120( cento) e vinte dias, gera risco a saúde daqueles que necessitam do atendimento, bem como do diagnóstico. Através do ato discricionário a Administração atua com liberdade de escolha, pautada na conveniência e oportunidade, dentro da razoabilidade a fim de atender a coletividade da melhor forma possível. Por oportuno, destaca-se que a saúde é um direito previsto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 196 que assim declara: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Uma demora de 120( cento e vinte dias, ou seja, 90( noventa) dias a mais, ocasionará riscos à saúde de inúmeras pessoas que dependem do serviço público de saúde. Portanto, indeferimos o pedido, mantendo o prazo de 30( trinta) dias. Att, Márcio Eloy de Lima Cardoso Pregoeiro Municipal

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Tomógrafo 16 Canais Multislice. Gantry; Abertura Mínima do Gantry de 65cm Ou Maior, Faixa de Angulação Mínima de ± 30; Aquisição Multislice De, No Mínimo 16 Cortes Simultâneos Por Rotação (360°) 0,8 Segundos Ou Menor; Faixa de Corrente do Tubo: Mínimo de 10 Ma (ou Menor) A 233ma (ou Maior); Faixa de Kv (ou Mínimo); Gerador de Raios X; Potência de Raios X: Potência Máxima de Pelo Menos, 26kw, Capacidade Térmica do Anodo De, No Mínimo 3,5 Mhu Capacidade de Resfriamento do Tubo De, No Mínimo, 800 Khu/mim Detectores do Estado Sólido; Com Sistema Prospectivo de Controle Automático do Mas Para Redução de Dose, Mesa: Capacidade Mínima Mesa, Suportar Peso De, Pelo Menos 200kg Faixa de Movimento Vertical da Mesa, 480mm (ou Menor) A 830mm (ou Mais); Precisão do Movimento Longitudinal da Mesa De, No Mínimo 0,25mm, Faixa de Varredura De, Pelo Menos, 138cm. (descrição Completa No Edital)	1.035.366,60	1 UN	Aceito

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/07/2020	EditalPe162020TomografoAss

### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/07/2020 - 19:47	Impugnação enviada para o processo 16/2020	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 16/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2020 - 15:35	Negociação aberta para o processo 16/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 16/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2020 - 15:36	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2020 às 17:36.
08/07/2020 - 15:58	Mensagem para negociação no processo 16/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 16/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2020 - 16:53	Mensagem para negociação no processo 16/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 16/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frase
08/07/2020 - 17:25	Mensagem para negociação no processo 16/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 16/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2020 - 10:14	Intenção de recurso enviada para o processo 16/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 16/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	Tomógrafo 16 Canais Multislice. Gantry: Abertura mínima do gantry de 65cm ou maior, faixa de angulação mínima de $\pm 30$ ; aquisição multislice de, no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação ( $360^\circ$ ) 0,8 segundos ou menor; faixa de corrente do tubo: mínimo de 10 ma (ou menor) a 233mA (ou maior); faixa de KV (ou mínimo); gerador de raios X; potência de raios X: potência máxima de pelo menos, 26KW, capacidade térmica do anodo de, no mínimo 3,5 MHU capacidade de resfriamento do tubo de, no mínimo, 800 KHU/mim detectores do estado solido; com sistema prospectivo de controle automático do mAs para redução de dose, Mesa: capacidade mínima mesa, suportar peso de, pelo menos 200Kg faixa de movimento vertical da mesa, 480mm (ou menor) a 830mm (ou mais); precisão do movimento longitudinal da mesa de, no mínimo 0,25mm, faixa de varredura de, pelo menos, 138cm. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)	SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	SOMATOM	SIEMENS	1.035.000,00	1.035.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Tomógrafo 16 Canais Multislice. Gantry; Abertura mínima do gantry de 65cm ou maior, faixa de angulação mínima de  $\pm 30$ ; aquisição multislice de, no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação ( $360^\circ$ ) 0,8 segundos ou menor; faixa de corrente do tubo: mínimo de 10 ma (ou menor) a 233mA (ou maior); faixa de KV (ou mínimo); gerador de raios X; potência de raios X: potência máxima de pelo menos, 26KW, capacidade térmica do anodo de, no mínimo 3,5 MHU capacidade de resfriamento do tubo de, no mínimo, 800 KHU/mim detectores do estado solido; com sistema prospectivo de controle automático do mAs para redução de dose, Mesa: capacidade mínima mesa, suportar peso de, pelo menos 200Kg faixa de movimento vertical da mesa, 480mm (ou menor) a 830mm (ou mais); precisão do movimento longitudinal da mesa de, no mínimo 0,25mm, faixa de varredura de, pelo menos, 138cm. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	04.707.446/0001-01	07/07/2020 - 18:15:11	SOMATOM	1.600.000,00	1.600.000,00	Sim
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0021-11	08/07/2020 - 14:10:29	Access 16	1.850.000,00	1.850.000,00	Não
Canon Medical Systems do Brasil Ltda	46.563.938/0013-54	08/07/2020 - 14:11:27	AQUILION LIGHTNING	1.450.000,00	1.450.000,00	Não

## Lances Enviados

**0001 - Tomógrafo 16 Canais Multislice. Gantry; Abertura mínima do gantry de 65cm ou maior, faixa de angulação mínima de  $\pm 30$ ; aquisição multislice de, no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação ( $360^\circ$ ) 0,8 segundos ou menor; faixa de corrente do**

tubo: mínimo de 10 ma (ou menor) a 233mA (ou maior); faixa de KV (ou mínimo); gerador de raios X; potência de raios X: potência máxima de pelo menos, 26KW, capacidade térmica do anodo de, no mínimo 3,5 MHU capacidade de resfriamento do tubo de, no mínimo, 800 KHU/mim detectores do estado solido; com sistema prospectivo de controle automático do mAs para redução de dose, Mesa: capacidade mínima mesa, suportar peso de, pelo menos 200Kg faixa de movimento vertical da mesa, 480mm (ou menor) a 830mm (ou mais); precisão do movimento longitudinal da mesa de, no mínimo 0,25mm, faixa de varredura de, pelo menos, 138cm. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/07/2020 - 18:15:11	1.600.000,00 (proposta)	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 14:10:29	1.850.000,00 (proposta)	58.295.213/0021-11	Válido
08/07/2020 - 14:11:27	1.450.000,00 (proposta)	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:16:16	1.449.000,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:20:31	1.590.000,00	58.295.213/0021-11	Válido
08/07/2020 - 15:21:16	1.448.000,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:21:32	1.447.995,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:23:29	1.447.994,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:23:44	1.446.550,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:24:15	1.446.000,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:24:28	1.440.550,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:25:45	1.440.000,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:26:10	1.438.990,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:26:56	1.438.400,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:27:17	1.435.995,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:28:04	1.435.900,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:28:12	1.430.000,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:28:52	1.420.000,00	46.563.938/0013-54	Válido
08/07/2020 - 15:29:09	1.418.550,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:44:17	1.350.000,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 15:56:59	1.280.000,00	04.707.446/0001-01	Válido
08/07/2020 - 16:52:38	1.035.000,00	04.707.446/0001-01	Válido

### Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	08/07/2020 - 17:36:33	04.707.446/0001-01	SMART - 1. Proposta Comercial (Readequada).pdf

### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	07/07/2020 - 18:06	Roger Serra	079/2020	SMART	07/07/2020	05/10/2020	PROPOSTA
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	07/07/2020 - 18:07	Roger Serra	-	-	-	-	HABILITAÇÃO 1
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	07/07/2020 - 18:09	Roger Serra	-	-	-	-	HABILITAÇÃO 2
SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI	07/07/2020 - 18:09	Roger Serra	-	-	-	-	HABILITAÇÃO 3

### Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/07/2020 - 10:50	-	-

0001 - Tomógrafo 16 Canais Multisllice. Gantry; Abertura mínima do gantry de 65cm ou maior, faixa de angulação mínima de ± 30; aquisição multislice de, no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação (360°) 0,8 segundos ou menor; faixa de corrente do tubo: mínimo de 10 ma (ou menor) a 233mA (ou maior); faixa de KV (ou mínimo); gerador de raios X; potência de raios X: potência máxima de pelo menos, 26KW, capacidade térmica do anodo de, no mínimo 3,5 MHU capacidade de resfriamento do tubo de, no mínimo, 800 KHU/mim detectores do estado solido; com sistema prospectivo de controle automático do mAs para redução de dose, Mesa: capacidade mínima mesa, suportar peso de, pelo menos 200Kg faixa de movimento vertical da mesa, 480mm (ou menor) a 830mm (ou mais); precisão do movimento longitudinal da mesa de, no mínimo 0,25mm, faixa de varredura de, pelo menos, 138cm. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

### Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
46.563.938/0013-54	09/07/2020 - 10:14:29	Manifestamos intenção de recursos, pois a empresa arrematante não atende o edital e também destacaremos outros pontos importantes, detalharemos em peça recursal.	Indeferido

O licitante atendeu a todas as exigência do edital , o processo ocorreu na forma transparente e garantido os principio da legalidade . todos os documentos foram analisadas cuidadosamente por essa comissão.


### Chat


Data	Apelido	Frase
01/07/2020 - 12:33	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
01/07/2020 - 12:33	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
08/07/2020 - 15:01:11	Pregoeiro	BOA TARDE SENHORES LICITANTES
08/07/2020 - 15:01:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas

Data	Apelido	Frase
08/07/2020 - 15:14:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/07/2020 - 15:14:07	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/07/2020 - 15:14:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
08/07/2020 - 15:14:07	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/07/2020 - 15:14:46	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/07/2020 - 15:14:46	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/07/2020 - 15:31:11	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/07/2020 - 15:35:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1.418.550,00 e marca SOMATOM.
08/07/2020 - 15:35:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
08/07/2020 - 15:36:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2020 às 17:36.
08/07/2020 - 15:37:14	Pregoeiro	senhor licitante, seu valor esta acima do valor de referência. Solicito melhor valor.
08/07/2020 - 15:44:17	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.350.000,00.
08/07/2020 - 15:47:20	Pregoeiro	senhor licitante, seu valor esta acima do valor de referência. Solicito melhor valor.
08/07/2020 - 15:56:59	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.280.000,00.
08/07/2020 - 15:58:27	F. SMART SOLUÇÕES HO...	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, conseguimos chegar ao valor de R\$ 1.280.000,00, ficando impraticável reduzir o valor em face das constantes variações cambiais da moeda americana (dólar) que baliza a aquisição do equipamento.
08/07/2020 - 16:00:17	Pregoeiro	solicito que aguarde ...
08/07/2020 - 16:38:13	Pregoeiro	senhor licitante, o valor esta acima do valor de referência, esta gestão não pode contratar com o valor superior ao valor de referencia, Solicito melhor valor.
08/07/2020 - 16:52:38	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.035.000,00.
08/07/2020 - 16:53:32	F. SMART SOLUÇÕES HO...	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, reduzimos ao máximo que podemos chegar, nossas margens de custo e lucro ficaram demasiadamente reduzidas.
08/07/2020 - 17:25:34	F. SMART SOLUÇÕES HO...	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, podemos encaminhar a proposta readequada?
08/07/2020 - 17:26:53	Pregoeiro	senhor licitante anexar a proposta readequada
08/07/2020 - 17:28:10	Pregoeiro	estávamos com problemas de internet, mas ja foi resolvido .
08/07/2020 - 17:36:33	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
08/07/2020 - 17:50:42	Pregoeiro	A sessão será suspensa para análise minuciosa dos documentos , previsão de retorno será dia 09/07/2020 as 10 horas
09/07/2020 - 10:07:36	Pregoeiro	BOA Dia SENHORES LICITANTES, vamos da continuidade...
09/07/2020 - 10:08:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SMART SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI.
09/07/2020 - 10:14:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/07/2020 às 10:50.
09/07/2020 - 10:14:29	Sistema	O fornecedor Canon Medical Systems do Brasil Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
09/07/2020 - 12:51:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
09/07/2020 - 12:51:41	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recursos, pois a empresa arrematante não atende o edital e também destacaremos outros pontos importantes, detalharemos em peça recursal.
09/07/2020 - 12:51:41	Sistema	Justificativa: O licitante atendeu a todas as exigência do edital , o processo ocorreu na forma transparente e garantido os principio da legalidade . todos os documentos foram analisadas cuidadosamente por essa comissão
09/07/2020 - 12:51:47	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

  
 Marcio Eloy de Lima Cardoso  
 Pregoeiro(a)

  
 Alcides Eufrásio da Conceição Negrão  
 Autoridade Competente

  
 MAILANÉ COSTA DA POÇA  
 Apoio

  
 ELISÂNGELA DA SILVA BRITO  
 Apoio

  
 Alcides Eufrásio da Conceição Negrão  
 Prefeito  
 Município de Abaetetub